



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

**Nr referencyjny: 4/2015**

Aleksandrów Łódzki, dn. 03.11.2015 r.

**Modyfikacja siwz:**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim”**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

**W załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w pozycji C) ZESTAW DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I ŁĘDŹWIOWEGO (SZT.1)**

Przed zmianą:

Lp	Parametry dla sprzętu rehabilitacyjnego	TAK/NIE	Oferowane parametry
	<b>C) ZESTAW DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I ŁĘDŹWIOWEGO ( SZT.1)</b>		
1	możliwość wykonania bezpiecznej i w pełni kontrolowanej trakcji odcinka szyjnego i lędźwiowego		
2	możliwość wykonania trakcji szyjnej i lędźwiowej - stałej, impulsowej lub harmonicznej		
3	możliwość wykonania trakcji odcinka szyjnego ( za pomocą przystawki do trakcji odcinka szyjnego)		
4	stół z elektroniczną regulacją wysokości		
5	pas stabilizujący piersiowy i lędźwiowy odcinek kręgosłupa		
6	pilot bezpieczeństwa dla pacjenta		
7	podnózek pod podudzia		
8	<b>Dane techniczne:</b> Wymiary leżyska (dł./szer. w mm): 1900/650 Maksymalne obciążenie (kg) :150 Zakres regulacji stołu (mm): 500-1000 Regulacja zagłówek: -30° +30° Czas trwania zabiegu ( min): 0-60 Maksymalna siła trakcji odcinka lędźwiowego (kg):90 Maksymalna siła trakcji odcinka szyjnego (kg): 15		



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Po zmianie:

Lp	Parametry dla sprzętu rehabilitacyjnego	TAK/NIE	Oferowane parametry
	<b>C) ZESTAW DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I LĘDŹWIOWEGO ( SZT.1)</b>		
<b>1</b>	<b>sterowany mikroprocesorem aparat do trakcji</b>		
2	możliwość wykonania bezpiecznej i w pełni kontrolowanej trakcji odcinka szyjnego i lędźwiowego		
3	możliwość wykonania trakcji szyjnej i lędźwiowej - stałej, impulsowej lub harmonicznej		
4	możliwość wykonania trakcji odcinka szyjnego ( za pomocą przystawki do trakcji odcinka szyjnego)		
5	stół z elektroniczną regulacją wysokości		
6	pas stabilizujący piersiowy i lędźwiowy odcinek kręgosłupa		
7	pilot bezpieczeństwa dla pacjenta		
8	podnózek pod podudzia		
9	<b>Dane techniczne:</b> Wymiary leżyska ( <b>minimalna</b> dł./szer. w mm): 1900/650 Maksymalne obciążenie <b>nie mniejsze niż</b> (kg): 150 Zakres regulacji stołu <b>minimum</b> (mm): 500-1000 Regulacja zagłówka <b>w zakresie minimum</b> : -30° +30° Czas trwania zabiegu <b>w zakresie minimum</b> (min): 0-60 Maksymalna siła trakcji odcinka lędźwiowego <b>w zakresie minimum</b> (kg): <b>0-92</b> Maksymalna siła trakcji odcinka szyjnego <b>nie mniejsza niż</b> (kg): 15		

Zamawiający informuje, że zmienił **termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:**

**Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 09.11.2015 r. o godz. 10.00**

**Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2015 r. o godz. 10.30**

Zamawiający  
**ZUPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**  
*Ewa Kubiak*  
**Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

„Przebudowa wraz z zakupem sprzętu medycznego dla SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki”  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  
Oś priorytetowa V – Infrastruktura społeczna  
Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia  
WND-RPLD.05.01.00-00-046/09