



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Nr referencyjny: 2/2015

Aleksandrów Łódzki, dn. 15.10.2015 r.

Wyjaśnienie treści siwz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz:

Dotyczy pakietu nr 4 – mikroskop laboratoryjny

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do wyspecyfikowanego w SIWZ dopuści mikroskop, który będzie wyposażony w stolik o wymiarach 150x140 mm z większym, niż wyspecyfikowany zakresem przesuwu 76x50 mm?

Proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w klasie mikroskopów laboratoryjno-badawczych. Stolik swobodnie mieści dwa preparaty mikroskopowe, jest ergonomiczny i dostosowany do budowy całego mikroskopu. Stolik zapewnia badaczowi odpowiedni komfort pracy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie równoważne, ponieważ większy stolik w przypadku oglądania preparatów, to większa wygoda pracy. Również łatwiej następuje wymiana preparatów. Można również na stoliku umieścić dodatkowo preparaty przygotowywane do dalszej pracy.

Zamawiający

DYREKTOR
SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim


lek. med. Małgorzata Wieczorek