



Nr referencyjny: 5/2017

Aleksandrów Łódzki, dn. 22.11.2017 r.

### Wyjaśnienie treści siwz nr 2

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Zakup i wdrożenie sprzętów medycznych dla nowej przychodni SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Pabianickiej”**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz:

**Pytanie nr 1:** Pakiet nr 12 – Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści lampę, w której włączanie i wyłączanie realizowane jest poprzez włącznik umieszczony na czaszy?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 2:** Pakiet nr 12 – Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści kopułę umieszczoną na ramieniu równoważącym? Proponowane rozwiązanie umożliwi skierowanie strumienia światła w dowolne miejsce zabiegowe.

**Odpowiedź:**

Tak.


**Pytanie nr 3:** Pakiet nr 12 – Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia usterki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego.

Zamawiający

Z UPOWAZNIENIA DYREKTORA  
SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
  
Magdalena Dubowska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY