



Nr referencyjny: 3/2018

Aleksandrów Łódzki, dn. 23.04.2018 r.

Wyjaśnienie treści siwz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Zakup chłodziarki farmaceutycznej i kolposkopu dla nowej przychodni SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Pabianickiej”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz:

Pytanie nr 1: Pakiet nr 2 - Kolposkop- 1 szt.

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2, pkt. 4** dopuści zakres pola widzenia od 11,5 do 46 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zakres pola widzenia od min. 11,5 do min. 46 mm. W związku z powyższym dokonano stosownej zmiany Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w dniu 23.04.2018 r. oraz zmieniono termin składania ofert na dzień **26.04.2018 r. do godz. 10:00.**

Pytanie nr 2: Pakiet nr 2 - Kolposkop- 1 szt.

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2, pkt. 5** dopuści sprzęt charakteryzujący się stałą odległością od badanego obiektu (300 mm), gdy mieści się ona w wymaganym zakresie (50 – 340 mm)?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3: Pakiet nr 2 - Kolposkop- 1 szt.

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2, pkt. 7** dopuści sprzęt z regulowanym oświetleniem LED wraz z wbudowanym filtrem zielonym – umożliwiającym lepszą widoczność naczyń krwionośnych, bez opcji filtra polaryzacyjnego?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający

DYREKTOR
SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

lek. med. *Małgorzata Wieczorek*